



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВЕРХОВИНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»
ВЕРХОВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(КНП «Верховинська багатoproфільна лікарня» ВСР)**

вул. Невестюка, 2, с-ще Верховина, Івано-Франківська обл., 78701, тел.(0342) 2-10-65, факс 2-12-65, e-mail: verhovynacr1@ukr.net, код ЄДРПОУ 01993374

№ ___ 01-15 від 16 квітня 2024 року

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)*

1. Найменування: **Комунальне некомерційне підприємство «Верховинська багатoproфільна лікарня Верховинської селищної ради».**
2. Місцезнаходження: **78700, Івано-Франківська обл., смт. Верховина, вул. Невестюка, 2.**
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **01993374.**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
**ДК 021:2015 код 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Лазерна літотрипсійна система),
НК 024:2023 код 36037 Лазерна літотрипсійна система,
Номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33153000-7 «Літотриптори».**
Вид: відкриті торги з особливостями.
ідентифікатор закупівлі: UA-2024-04-16-009676-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
4 211 000,00 грн. з ПДВ.**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (Специфікація)

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у цьому додатку до тендерної документації та національним та/або міжнародним стандартам.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії технічної документації виробника товару, який є предметом закупівлі у вигляді паспорту, або технічного опису, або інструкції користувача українською мовою. Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі заповнених таблиць, наведених у п. 7 цього додатку.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки. Товар повинен бути новим та таким, що не був в експлуатації.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання персоналу здійснюється за рахунок Учасника (Учасник надає оригінал гарантійного листа).

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката сервісного інженера, виданого виробником.

6. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

7. Кількісні та якісні вимоги до предмету закупівлі:

Технічні характеристики	Параметри	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні», посилання на сторінку технічної документації
Довжина хвилі	Не гірше 2100 нм \pm 20нм Відповідність	
Сенсорний екран, що управляє інтерфейсом	Відповідність	
Сфера застосування	Урологія, абляція, коагуляція, пухлини сечового міхура, пухлини сечоводу, розріз стриктур, літотрипсія, енкулеація. Відповідність	
Можливість дроблення каменів усіх типів і розмірів та будь-якої локалізації	Відповідність	
Можливість енкулеації простати будь-яких розмірів	Відповідність	
Можливість гнучкого налаштування параметрів	Відповідність	
Максимальна вихідна потужність	Не менше 60 Вт Відповідність	

Максимальна імпульсна енергія	Не менше 5,0 Дж Відповідність	
Мінімальна імпульсна енергія	Не більше 0,2 Дж Відповідність	
Діапазон частоти імпульсів	Не гірше 3 - 60 Гц Відповідність	
Направляючий промінь	532 нм (зелений) з можливістю зміни яскравості та імпульсним режимом Відповідність	
Імпульсний інтервал	Не гірше 50-1100 мс Відповідність	
Система розпізнавання світловодів	Відповідність	
Протоколювання загальної використаної енергії, кількості імпульсів, потужності	Відповідність	
Наявність спеціалізованих програм/режимів	Абляція, коагуляція, енуклеація, літотрипсія – фрагментація, літотрипсія – перетворення в пил, літотрипсія – ефект «попкорну». Відповідність	
Стабілізація каменя під час літотрипсії	Управління ретропульсією каменя та стабілізація каменя Відповідність	
Світловод 550 мкм $\pm 10\%$ в комплекті	не менше 2 шт. Відповідність	
Світловод 365 мкм $\pm 10\%$ в комплекті	не менше 2 шт. Відповідність	
Світловод 272 мкм $\pm 10\%$ в комплекті	не менше 1 шт. Відповідність	
Зрізувач світловода	Не менше 1 шт. Відповідність	
Кліщі для видалення ізоляції з світловодів	Не менше 1 шт. Відповідність	
Окуляри захисні	Не менше 2 шт. Відповідність	
Подвійна ножна педаль	Не менше 1 шт. Відповідність	
Система охолодження	Система гідравлічного контуру Відповідність	
Джерело живлення	АС 200В-230В/50Гц-60Гц Відповідність	

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Учасник зобов'язаний надати відповіді на всі пункти МТВ з посиланням на відповідні пункти та/або сторінки в описі технічних та функціональних можливостей обладнання.

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз **«або еквівалент»**

Примітка. У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». **Обґрунтування:** у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями

Черленюк О.М.


